

Busko – Zdrój, dnia 05 stycznia 2021 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa odczynników do badań morfologii, dostawa i dzierżawa analizatorów hematologicznych do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju** z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz.1843 ze zm.), Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.12.2020 r., numer ogłoszenia 771468-N-2020.

Odpowiedzi na zapytania nr 1

Do wszystkich Wykonawców:

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu.

Zapytanie nr 1 dotyczy Załącznik nr 1

Zamawiający w załączniku nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy zamieścił tabelę asortymentowo cenową przy czym opisane są tylko kolumny: L.P. Nazwa badania, Liczba opakowań, wartość netto, VAT%, Wartość brutto. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nazwanie ich w przypadku odczynników, kontroli, materiałów zużywalnych kolejno: Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Wielkość opakowania, Cena jednostkowa netto z op., Cena jednostkowa brutto za op.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i Załącznik nr 1 po modyfikacji zamieszcza na BIP.

Zapytanie nr 2 dotyczy Załącznik nr 2 Parametry graniczne analizatorów hematologicznych. Parametry wymagane pkt 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów hematologicznych, do którego odczynniki mają termin ważności po otwarciu krótszy niż 3 miesiące, ale zostały skalkulowane z uwzględnieniem ważności odczynników po otwarciu? Odczynniki do analizatorów hematologicznych są odczynnikami specjalistycznymi, stąd ich ważność po otwarciu może być krótsza ze względu na zachodzące reakcje.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający miał na uwadze termin ważności odczynników dostarczonych do Laboratorium, nie krótszy niż 3 miesiące.

Zapytanie nr 3 dotyczy Załącznik nr 2 Parametry graniczne analizatorów hematologicznych. Parametry wymagane pkt 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów hematologicznych, do których krew kontrolna posiada ważność około 2 miesiące od daty dostawy (dostawa zgodnie z harmonogramem dostaw) i została policzona z uwzględnieniem ważności fiolki na opakowaniu?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na takie analizatory oraz stosowaną do nich kontrolę jakości, o terminie ważności ok. 2 miesiące.

Zapytanie nr 4 dotyczy Załącznik nr 3 Parametry graniczne punktowane pkt 4

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku w punkcie nr 4 w przypadku zaoferowania analizatorów hematologicznych, w których oznaczanie hemoglobiny odbywa się w osobnym kanale, niezależnych od kanału WBC, co gwarantuje minimalizację interferencji (w przypadku bardzo dużych patologii niewielkie interferencje mogą wystąpić)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie do Załącznika nr 3. Parametry punktowane pkt.4.

Zapytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia minimum 3 opinii od użytkowników danego zaoferowanego modelu analizatora na potwierdzenie ich niezawodnej pracy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie nr 6

Czy w parametrach mierzonych przez analizatory Zamawiający wymaga, aby HCT był parametrem mierzonym (oznaczanym) a nie wyliczanym – zastosowanie przeliczeń matematycznych zwiększa niepewność uzyskanego wyniku, który wykorzystywany jest do wyliczeń innych parametrów (np. MCHC), co może wpływać na ich wiarygodność ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby HCT był parametrem mierzonym (oznaczanym). Zamawiający nie dopuszcza analizatorów z parametrem HCT wyliczanym.

Zapytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jeden z zaoferowanych analizatorów posiadał osobny tryb do oznaczania próbek leukopenicznych, w których czas zliczania leukocytów jest wydłużony? Pozwala to na na wiarygodne oznaczenie leukocytów u pacjentów np. W trakcie chemioterapii lub w innych przypadkach wystąpienia leukopenii.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga analizatorów, posiadających osobny tryb do oznaczania próbek leukopenicznych.

Zapytanie nr 8 dotyczy umowy

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Umowa zostanie wysłana Wykonawcy do podpisania.

Zapytanie nr 9 dotyczy umowy § 2 ust. 5

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:
„Dostawy realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer), emailem (na adres) lub pocztą na adres Wykonawcy. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis i wzór umowy po modyfikacji zamieszcza na BIP.

Zapytanie nr 10 dotyczy umowy § 3 ust. 7

Prosimy o doprecyzowanie niniejszego postanowienia Wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„odsetki w ustawowej wysokości zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis i wzór umowy po modyfikacji zamieszcza na BIP.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/61/2020

Zapytanie nr 11 dotyczy umowy § 6 ust. 1

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis i wzór umowy po modyfikacji zamieszcza na BIP.

Zapytanie nr 12 dotyczy umowy § 7 ust. 5 lit. e)

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „nie dotyczy okoliczności gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis i wzór umowy po modyfikacji zamieszcza na BIP.

Zapytanie nr 13 dotyczy umowy

Celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji poprzez obie Strony dot. ochrony danych osobowych, prosimy o dołączenie do umowy głównej – umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Odpowiedź: Zamawiający do umowy głównej dołączy umowę powierzenia danych osobowych.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
mgr Grzegorz Lasak


DIREKTOR
Grzegorz Lasak

Wyk. 3 egz.
Egz. Nr 1 Wykonawcy
Egz. Nr 2 a/a
Egz. Nr 3 BIP

