



Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju  
ul Bohaterów Warszawy 67  
28-100 Busko-Zdrój  
tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378 27 68  
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467  
e-mail:  
sekretariat@zoz.busko.com.pl  
strona internetowa:  
www.zoz.busko.com.pl



Świątokrzyska Nagroda Jakości  
Laureat XVI edycji ŚNJ  
w kategorii organizacji publicznych – ochrona zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/13/19

Busko – Zdrój, dnia 30 maja 2019 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa obłożeń pola operacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju** z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.05.2019 r., numer ogłoszenia 549999-N-2019.

### Odpowiedzi na zapytania

#### Do wszystkich Wykonawców:

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu.

#### Zapytanie nr 1 dotyczy Załącznika nr 1 poz. 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny typu SMMM 40 g/m<sup>2</sup> jako delikatniejszej i oddychającej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Zapytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 2 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 186/250 x 330 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z torbą na płynie 72x72cm, folia operacyjna z otworem 18 x 16 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy.

Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne – laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup> + gramatura w części chłonnej 85g/m<sup>2</sup>. Całkowita gramatura 140 g/m<sup>2</sup>.

Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej.

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H<sub>2</sub>O.

Na opakowaniu minimum 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające min numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych.

W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzątek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).


Zestaw w kolorze niebieskim.

Opakowanie typu TYVEC/Folia.

Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

+ oddzielnie dostarczany fartuch operacyjny i kompresy gazowe.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**





Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-  
Zdroju

ul Bohaterów Warszawy 67  
28-100 Busko- Zdrój

tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378  
27 68

NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467  
e-mail:

sekretariat@zoz.busko.com.pl  
strona internetowa:

www.zoz.busko.com.pl




Świętokrzyska Nagroda Jakości  
Laureat XVI edycji ŚNJ  
w kategorii organizacji  
publicznych – ochrona  
zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/13/19

### Zapytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 2 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 serweta 75 x 80 cm 2-warstwowa na całej powierzchni
- 2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm
- 1 serweta do cystoskopii 75 x 175 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 15 cm z 5 przylepcami na brzegach serwety służącymi do zamocowania nogawic



Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy.

Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne – laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup> + gramatura w części chłonnej 85g/m<sup>2</sup>. Całkowita gramatura 140 g/m<sup>2</sup>.

Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej.

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H<sub>2</sub>O.

Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych.

W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Zestaw w kolorze niebieskim.

Opakowanie typu TYVEC/Folia.



Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

**Odpowiedź: Dopuszcza.**

### Zapytanie nr 4 dotyczy Załącznika nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 2 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk
- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
- 1 serweta brzuszno-kroczoowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zastonięcia otworu, kiedy nie jest używany)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy.

Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne – laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup> + gramatura w części chłonnej 85g/m<sup>2</sup>. Całkowita gramatura 140 g/m<sup>2</sup>.

Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej.

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.



Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju  
ul Bohaterów Warszawy 67  
28-100 Busko-Zdrój  
tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378 27 68  
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467  
e-mail:  
sekretariat@zoz.busko.com.pl  
strona internetowa:  
www.zoz.busko.com.pl



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/13/19

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H<sub>2</sub>O.

Na opakowaniu minimum 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające min numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych.

W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzątek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Zestaw w kolorze niebieskim.

Opakowanie typu TYVEC/Folia.

Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr 2 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 2 poz. 4 sterylnej kieszeni na płyny o wymiarach 40 x 30 cm, 2-komorowej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 6 dotyczy Załącznika nr 3**

Zwracam się z wnioskiem o wydzielenie poz. 2 – ZESTAW UNIWERSALNY – do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający wydziela z Załącznika nr 3 poz. nr 2 i tworzy z niej nowy Załącznik pod nazwą Załącznik nr 3 A po modyfikacji. Zmodyfikowane Załączniki nr 3 i nr 3 A Zamawiający zamieszcza na BIP.**

#### **Zapytanie nr 7 dotyczy Załącznika nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 3 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
- 4 ręczniki do rąk
- 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łąką chłonną 75 x 90 cm, łąka chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łąką chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łąka chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy.


Serweta na stółk MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne – laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup> + gramatura w części chłonnej 85g/m<sup>2</sup>. Całkowita gramatura 140 g/m<sup>2</sup>.

Materiał serwet głównych posiada 3 warstwy PP+PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej, w części krytycznej z dodatkowymi łąkami chłonnymi o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>. Całkowita gramatura 155g/m<sup>2</sup>

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H<sub>2</sub>O. Na opakowaniu minimum 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające min numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych.





Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju  
ul Bohaterów Warszawy 67  
28-100 Busko- Zdrój  
tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378 27 68  
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467  
e-mail: sekretariat@zoz.busko.com.pl  
strona internetowa: www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości  
Laureat XVI edycji ŚN  
w kategorii organizacji publicznych – ochrona zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/13/19  
W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzątek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Zestaw w kolorze niebieskim.

Opakowanie typu TYVEC/Folia.

Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 8 dotyczy zapisów SIWZ**

W związku z rozbieżnością w zapisach SIWZ w pkt.22.9 i 22.10 prosimy o wyjaśnienie, czy wymagają Państwo dostawy w terminie X dni kalendarzowych czy X dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy liczonej w dniach roboczych. W związku z tym ulega zmianie opis punktów otrzymanych za kryterium „termin dostawy.”**

l.p.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
2	<b>Termin dostawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych</b> poniżej 5 dni roboczych i 5 dni –40 pkt 6 – 7 dni roboczych - 20 pkt <b>Przy zadeklarowaniu terminu dostawy powyżej 7 dni roboczych oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.</b>	40 %	40 pkt

#### **Zapytanie nr 9 dotyczy Załącznika nr 3 poz. 2**

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie poz. 2 z pakietu 3 i utworzenie z niej osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający wydzielił z Załącznika nr 3 poz. nr 2 i tworzy z niej nowy Załącznik pod nazwą Załącznik nr 3 A po modyfikacji. Zmodyfikowane Załączniki nr 3 i nr 3 A Zamawiający zamieszcza na BIP.**

Ponadto prosimy o zmodyfikowanie wymogu dotyczącego I klasy palności w przypadku obłożeń. Całkowite wyeliminowanie braku zdolności do spalania przy tego typu produktach nie jest możliwe.

Prosimy o zastąpienie zapisu o niepalności zapisem: możliwość użycia elektrokoagulatora bezpośrednio na folii.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie zapisu o niepalności zapisem „Możliwość użycia elektrokoagulatora bezpośrednio na folii”.**

#### **Zapytanie nr 10 dotyczy Załącznika nr 8 poz. nr 12, 13, 14**

Zamawiający w Załączniku nr 8 bardzo szczegółowo opisał pakiet na bieliznę operacyjną jednorazowego i wielorazowego użytku. Zarówno opis, jak i konfiguracja pakietu wskazują na jednego Wykonawcę.

Czy Zamawiający, mając na uwadze zasady uczciwej konkurencji oraz możliwość otrzymania większej ilości konkurencyjnych ofert, wydzielił w z Załącznika nr 8 wyroby wielokrotnego użycia, tj. pozycje 12, 13, 14, tworząc osobny pakiet?

**Odpowiedź: Zamawiający wydzielił z Załącznika nr 8 poz. nr 12, 13, 14 i tworzy z nich nowy Załącznik pod nazwą Załącznik nr 8A po modyfikacji. Zmodyfikowane Załączniki nr 8 i nr 8 A Zamawiający zamieszcza na BIP.**

#### **Zapytanie nr 11 dotyczy Załącznika nr 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyrobów wielokrotnego użytku jak poniżej:

1. Fartuch przeznaczony do zabiegów standardowego ryzyka o konstrukcji jak poniżej:

- pole krytyczne z tkaniny poliestrowej z nitką węglową o gramaturze 120 g/m<sup>2</sup>,

- pole niekrytyczne z tkaniny bawełniano-poliestrowej o składzie 60% bawełna, 40% poliester, o gramaturze 125 g/m<sup>2</sup>.

2. Fartuch przeznaczony do zabiegów wysokiego ryzyka o konstrukcji jak poniżej:

- pole krytyczne z trójwarstwowego laminatu z membraną poliuretanową, o gramaturze 126 g/m<sup>2</sup>,



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-  
Zdroju

ul Bohaterów Warszawy 67  
28-100 Busko-Zdrój

tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378  
27 68

NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467

e-mail:

sekretariat@zoz.busko.com.pl

strona internetowa:

www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości  
Laureat XVI edycji ŚNJ  
w kategorii organizacji  
publicznych – ochrona  
zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/13/19

- pole niekrytyczne z tkaniny bawełniano-poliestrowej o składzie 60% bawełna, 40% poliester, o gramaturze 125 g/m<sup>2</sup>,

- szwy dwuigłowe, stębnowane, bez uszczelniającej taśmy.

Mankiety w fartuchach bez taśmy do założenia na palec.

3. Odzież z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliester, o gramaturze max. 130 g/m<sup>2</sup>.

Tkaniny, z których wykonany jest zaproponowany asortyment są komfortowe, zgodne z normą PN-EN 13795.

Zaoferowane wyroby są tożsame pod względem właściwości z opisanymi przez Zamawiającego, a dopuszczenie wyrobów innych producentów umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 12 dotyczy Załącznika nr 8**

Czy Zamawiający dopuści dla tkanin Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 klasy I ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 13 dotyczy Załącznika nr 8**

Czy Zamawiający odstąpi od posiadania certyfikatu niezależnego laboratorium potwierdzającego zgodność z normą PN-EN ISO 10993 dla wyrobów wielokrotnego użytku?

Norma odnosi się do wyrobów medycznych przeznaczonych do długotrwałego kontaktu z krwią. W przypadku fartuchów operacyjnych, czy ubrań operacyjnych właściwą normą jest norma PN-EN 13795. Nie ma uzasadnienia wymogu posiadania certyfikatu z normą PN-EN ISO 10993 dla tej grupy wyrobów wielorazowego użytku.

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od posiadania certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN ISO 10993.**

#### **Zapytanie nr 14 dotyczy Załącznika nr 7 poz. 1, 2**

Czy możemy zaoferować w L.p.1 osłonę o wymiarach 16 x 250 cm i l.p. 2 pokrowiec o wymiarach 90 x 225 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 15 dotyczy Załącznika nr 6 poz. 2, 5**

L.p 2 i 5 czy Zamawiający wymaga aby długość fartuchów oznaczonych literowo L wynosiła 130 (+/- 5) cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Zapytanie nr 16 dotyczy Załącznika nr 6 poz. 3, 6, 7**

L.p 3, 6 i 7 czy Zamawiający wymaga aby długość fartuchów oznaczonych literowo XL wynosiła 150 (+/- 5) cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Zapytanie nr 17 dotyczy Załącznika nr 6 poz. 1, 4**

L.p 1 i 4 czy Zamawiający wymaga aby długość fartuchów oznaczonych literowo M wynosiła 120 (+/- 5) cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Zapytanie nr 18 dotyczy Załącznika nr 6 poz. 1, 4**

L.p 1 i 4 czy możemy zaoferować fartuch oznaczony literowo S/M o długości 120 (+/- 5) cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Zapytanie nr 19 dotyczy Załącznika nr 6 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6**

L.p. 1, 2, 3, 4, 5, 6 czy Zamawiający wymaga aby rękawy oferowanych fartuchów były zakończone elastycznym mankietem o długości min 8 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

#### **Zapytanie nr 20 dotyczy Załącznika nr 6 poz. 1, 2, 3**

L.p. 1, 2, 3 czy możemy zaoferować fartuchy wykonane z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> a w L.p. 4, 5, 6 czy możemy zaoferować fartuchy wykonane z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m<sup>2</sup> a na rękawach 40,5 g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-  
Zdroju  
ul Bohaterów Warszawy 67  
28-100 Busko- Zdrój  
tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378  
27 68  
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467  
e-mail:  
sekretariat@zoz.busko.com.pl  
strona internetowa:  
www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości  
Laureat XVI edycji ŚNJ  
w kategorii organizacji  
publicznych – ochrona  
zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/13/19

**Zapytanie nr 21 dotyczy Załącznika nr 6 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**

L.p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 czy Zamawiający wymaga aby oferowane fartuchy posiadały dodatkowo sterylne opakowanie wewnętrzne - papier krepowy ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Zapytanie nr 22 dotyczy Załącznika nr 6 poz. 7**

L.p. 7- Czy możemy zaoferować fartuch urologiczny wykonany :

-górna część fartucha – bawełnopodobna, hydrofobowa, paroprzepuszczalna włóknina spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>

- rękawy – nieprzemakalny, chłonny laminat dwuwarstwowy od wewnątrz , oraz folia PE na zewnątrz rękawy połączone z korpusem szwami tradycyjnymi ,2/3 długości klejone, 1/3 szwy tradycyjne,

- połączenie włókniny z folią: szwy tradycyjne, na szerokości klatki piersiowej szew tradycyjny zabezpieczony dodatkowo samoprzylepną taśmą foliową od wewnątrz. Długość XL - 150 (+/- 5) cm ?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 23 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 24 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 70x120cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 25 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści czepek o następujących parametrach:

- Wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m<sup>2</sup>
- Wiązany na troki
- Wstawka przeciwpotna w części przedniej
- Cienki i przewiewny
- Przeznaczony do ochrony pola operacyjnego przed zanieczyszczeniami (w postaci złuszczonego naskórka oraz włosów)
- Kolor: zielony, niebieski
- Pakowany w worek foliowy
- Jednorazowego użytku
- Niesterylny

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 26 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści czepek o następujących parametrach:

- Wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>
- Z gumką w tylnej części czepka
- Cienki i przewiewny
- Przeznaczony do ochrony pola operacyjnego przed zanieczyszczeniami (w postaci złuszczonego naskórka oraz włosów)
- Kolor: zielony
- Pakowany w worek foliowy
- Jednorazowego użytku
- Niesterylny

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 27 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści czepek z trokami w części tylnej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-  
Zdroju

ul Bohaterów Warszawy 67  
28-100 Busko- Zdrój

tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378  
27 68

NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467  
e-mail:

sekretariat@zoz.busko.com.pl

strona internetowa:

www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości  
Laureat XVI edycji ŚNJ  
w kategorii organizacji  
publicznych – ochrona  
zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/13/19

**Zapytanie nr 28 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania

**Odpowiedź: Zamawiający wydziela z Załącznika nr 4 poz. nr 8 i tworzy z niej nowy Załącznik pod nazwą Załącznik nr 4 A po modyfikacji. Zmodyfikowane Załączniki nr 4 i nr 4 A Zamawiający zamieszcza na BIP.**

**Zapytanie nr 29 dotyczy Załącznika nr 7 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec aparatu rtg 3 częściowy składający się z dwóch taśm samoprzylepnych w rozmiarze 3cm x 100cm + dwóch osłon; górna w rozmiarze 100 x 160cm, dolna 80 x 150cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 30 dotyczy Załącznika nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez serwety przeznaczonej pod pośladki 2-warstwowej 75x90cm o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 31 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończynę o rozmiarze 60x35cm lub 80x45cm?  
Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 32 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści taśmę o rozmiarze 50x9cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 33 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 5, 6**

Czy Zamawiający dopuści czepki z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17g/m<sup>2</sup>?  
Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 34 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 8 do osobnego pakietu?  
Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający wydziela z Załącznika nr 4 poz. nr 8 i tworzy z niej nowy Załącznik pod nazwą Załącznik nr 4 A po modyfikacji. Zmodyfikowane Załączniki nr 4 i nr 4 A Zamawiający zamieszcza na BIP.**

**Zapytanie nr 35 dotyczy Załącznika nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z samoprzylepnym otworem o średnicy 5cm?  
Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 36 dotyczy Załącznika nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z o rozmiarze 50x60cm z otworem o wymiarach 8x6cm?  
Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 37 dotyczy Załącznika nr 5 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z o rozmiarze 180x150cm?  
Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju  
ul Bohaterów Warszawy 67  
28-100 Busko-Zdrój  
tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378 27 68  
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467  
e-mail: sekretariat@zoz.busko.com.pl  
strona internetowa: www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości  
Laureat XVI edycji SNJ  
w kategorii organizacji publicznych – ochrona zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/13/19

**Zapytanie nr 38 dotyczy Załącznika nr 5**

Czy Zamawiający dopuści aby serwety operacyjne posiadały wymogi graniczne:

Serwety operacyjne wykonane z dwuwarstwowego laminatu na całej powierzchni: polietylen/polipropylen 56 g/m<sup>2</sup>. Chłonność serwet 2-warstwowych min. 570%, odporność na przenikanie cieczy min. 250cm H<sub>2</sub>O. Spełnia normę EN PN 13795, „normę A1:2013-06 dla obłóżeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu.

Pełnobarierowe - serwety zgodne z EN13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności (potwierdzone załączonymi kartami technicznymi).

Każdy zestaw z min. 2 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności do umieszczenia na karcie pacjenta.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 39 dotyczy Załącznika nr 6 poz. 1-6**

Czy Zamawiający dopuści serwetki do osuszania rąk o rozmiarze 20x40cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 40 dotyczy Załącznika nr 6 poz. 1-6**

Czy Zamawiający dopuści aby fartuchy posiadały następujące wymogi graniczne:

1. wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS o gr. 35 g/m<sup>2</sup>, ewentualne wzmocnienia z laminatu 40g/m<sup>2</sup>.
2. pełnobarierowe - spełniają wymagania normy EN 13795: 1-3 (potwierdzone załączonymi kartami technicznymi).
3. rękawy zakończone elastycznym mankietem, szwy ultradźwiękowe?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 41 dotyczy Załącznika nr 7 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę o rozmiarze 15x25 cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonę o rozmiarze 15x250 cm.**

**Zapytanie nr 42 dotyczy Załącznika nr 7 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o rozmiarze 183 cm x 105 cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 43 dotyczy projektu umowy**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 44 dotyczy projektu umowy**

Czy Zamawiający może określić jaki procent ilości wyrobów wskazanych w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że 70% wyrobów wskazanych w umowie zostanie zamówiona.**

Do §1 Zamawiający dodaje ust. 8 o następującej treści: „Wykonawca akceptuje fakt, iż ilości asortymentów wyszczególnione w załączniku nr .... do SIWZ są ilościami planowanymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zmniejszenia w stosunku do ilości i wartości dostaw przyjętych w umowie, w sytuacjach uzasadnionych ważnymi powodami, a w szczególności zmniejszenia się stanu ilościowego pacjentów z zastrzeżeniem, że ograniczenie zamówienia nie będzie większe niż 30% w stosunku do wartości/ilości wskazanej umową. Zamawiający nie ponosi konsekwencji finansowych zmniejszenia ilości dostaw przyjętych w umowie”.

**Zapytanie nr 45 dotyczy projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie godzin dostawy do godz. 15:00 (par. 2 ust. 7).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ apteka szpitalna pracuje do godz. 14:35.**

**Zapytanie nr 46 dotyczy załącznika nr 4 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do chirurgii twarzowo-szczękowej składający się z serwet dwuwarstwowych (PP/PE) o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, chłonnych i nieprzemakalnych na całej powierzchni: 1 samoprzylepna serweta operacyjna z wycięciem "U" i zintegrowanym organizatorem przewodów typu rzep w rozmiarze 180 x 150 cm oraz 1





Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju  
ul Bohaterów Warszawy 67  
28-100 Busko-Zdrój  
tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378 27 68  
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467  
e-mail:  
sekretariat@zoz.busko.com.pl  
strona internetowa:  
www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości  
Laureat XVI edycji ŚNJ  
w kategorii organizacji  
publicznych – ochrona  
zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/13/19  
samoprzylepna serweta operacyjna z wycięciem "U" w rozmiarze 150 x 120 cm. Zestaw pakowany dodatkowo w papier krepowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 47 dotyczy załącznika nr 4 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści serwetę do zabiegów na kończynie z padem chłonnym (pad 150x150cm), wyposażoną w elastyczny samouszczelniający się otwór o śr. 6 x 5 cm, ze zintegrowanym uchwytem rzepowym, pakowana dodatkowo w papier krepowy, w rozmiarze 240 x 320 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 48 dotyczy załącznika nr 5 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z przylepnym wycięciem typu "U" ("U" 10x95 cm), z padem chłonnym (pad 150x150 cm), pakowana dodatkowo w papier krepowy, w rozmiarze 240 x 280 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 49 dotyczy załącznika nr 3 poz. 1**

**Poz. nr 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii w następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
- 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320x245cm (2 otwory 5x7cm)
- 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 50 dotyczy załącznika nr 3 poz. 2**

**Poz. nr 2** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m<sup>2</sup> z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m<sup>2</sup> (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m<sup>2</sup>), o chłonności serwet w strefie niewzmocnionej 285 % oraz chłonności wzmocnienia 350% oraz następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- 1 przylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)
- 1 przylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm)
- 2 przylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm, 55 g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 51 dotyczy załącznika nr 3 poz. 3**

**Poz. nr 3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do biodra w następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- 1 przylepna serweta 170 x 300 cm, 2-warstwowa 55 g/m<sup>2</sup>
- 1 przylepna serweta typu „U” wzmocniona ("U" 10 x 95 cm) 245 x 280 cm (wzmocnienie 150 x 160 cm), 2-warstwowa 55g/m<sup>2</sup> + dodatkowa warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m<sup>2</sup> (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m<sup>2</sup>)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm, 2-warstwowa 55 g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm, 2-warstwowa 55 g/m<sup>2</sup>
- 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm, 2-warstwowa 55 g/m<sup>2</sup>
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe, białe 30 x 33 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-  
Zdroju  
ul Bohaterów Warszawy 67  
28-100 Busko- Zdrój  
tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378  
27 68  
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467  
e-mail:  
sekretariat@zoz.busko.com.pl  
strona internetowa:  
www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości  
Laureat XVI edycji ŚN  
w kategorii organizacji  
publicznych – ochrona  
zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/13/19

**Zapytanie nr 52 dotyczy załącznika nr 3 poz. 4**

**Poz. nr 4** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii w następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- 1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm) (pad 2 x 50 x 15,5 cm) i torbami z folii polietylenowej 310 x 250 cm, 2-warstwowa 55g/m2 + dodatkowa warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2)
- 4 ręczniki celulozowe, białe 30 x 33 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 53 dotyczy załącznika nr 3 poz. 5**

**Poz. nr 5** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu pionowego izolacyjnego w następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- 1 serweta PE pionowa – izolacyjna z otworem (30 x 70 cm) 234 x 320 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 54 dotyczy załącznika nr 3 poz. 6**

**Poz. nr 6** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana w następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- 1 serweta 2-warstwowa 55 g/m2 z otworem elastycznym 5x7cm oraz zintegrowanym workiem do zbiórki płynów z odpływem; zintegrowany uchwyt rzepowy do kabli, 245 x 320 cm
- 1 serweta 2-warstwowa 90 x 75 cm, 55 g/m2
- 1 serweta 2-warstwowa 175 x 150 cm, 55 g/m2
- 2 ostona 2-warstwowa na kończynę 35 x 80 cm, rolowana, 55 g/m2
- 1 uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm
- 4 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm
- 4 taśma przyklepna 10 x 50 cm
- 1 opaska podtrzymująca 15 cm x 4 m
- 10 kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm 16 warstw 17 nitok
- 1 ostrze do skalpela nr 11
- 2 ostona na kable kamery PE 12,5 x 230 cm
- 1 podkład pod gips 15 cm x 3 m
- 2 opaska elastyczna 15 cm x 5 m + 2 zapinki
- 1 fartuch chirurgiczny roz. L (umieszczony pod pierwszą połą owinięcia zestawu)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 55 dotyczy załącznika nr 3 poz. 7**

**Poz. nr 7** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy biodra w następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- 1 fartuch chirurgiczny roz. L (umieszczony pod pierwszą połą owinięcia zestawu)
- 1 strzykawka Żaneta 100 ml
- 2 igła iniekcyjna 1,2 x 50 mm
- 1 strzykawka Luer 2 ml
- 2 serwety z włókniny 2-warstwowej 200 x 150 cm, 55 g/m2
- 1 serweta 2-warstwowa przyklepna 300 x 170 cm, 55 g/m2



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-  
Zdroju

ul Bohaterów Warszawy 67  
28-100 Busko- Zdrój

tel. centrala 41 378 24 01 fax, 41 378  
27 68

NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467  
e-mail:

sekretariat@zoz.busko.com.pl

strona internetowa:

www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości  
Laureat XVI edycji ŚNJ  
w kategorii organizacji  
publicznych – ochrona  
zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/13/19

- 1 opaska dziana 15 cm x 4 m
- 1 serweta 2-warstwowa 90 x 75 cm, 55 g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta wzmocniona 245 x 280 cm z przylepnym wycięciem „U” 10 x 95 cm, 2-warstwowa 55g/m<sup>2</sup> + dodatkowa warstwa chłonna w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m<sup>2</sup> (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m<sup>2</sup>)
- 1 kieszeń przylepna 2-komorowa PE 43 x 38 cm
- 1 osłona na kończynę 2-warstwowa 120 x 35 cm rolowana, 55 g/m<sup>2</sup>
- 1 uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm
- 4 ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm, 55 g/m<sup>2</sup>
- 10 kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitok
- 2 taśma przylepna 10 x 50 cm
- 20 kompres z gazy RTG 10 x 20 cm, 16 warstw 17 nitok
- 1 dren do ssaka 300 cm 25 CH wraz z końcówką do ssaka zakrzywiona, 24 CH
- 1 pudełko czerwone do liczenia igieł, magnes, gąbka, 10 miejsc, możliwość usuwania ostrzy
- 1 folia chirurgiczna jodowana 35 x 35 cm
- 1 miska do cementu kostnego 500 ml ze szpatułką?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 56 dotyczy załącznika nr 3 poz. 8**

**Poz. nr 8** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy kolana w następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- 1 fartuch chirurgiczny roz. L (umieszczony pod pierwszą potą owinięcia zestawu)
- 1 serweta 2-warstwowa 55 g/m<sup>2</sup> z otworem elastycznym 5x7cm oraz zintegrowanym workiem do zbiórki płynów z odpływem; zintegrowany uchwyt rzepowy do kabli, 225 x 320 cm
- 1 serweta 2-warstwowa 175 x 150 cm, 55 g/m<sup>2</sup>
- 1 osłona na kończynę 2-warstwowa 25 x 80 cm rolowana, 55 g/m<sup>2</sup>
- 1 strzykawką Żaneta 100 ml
- 2 igła iniekcyjna 1,2 x 50 mm
- 1 strzykawką Luer 2 ml
- 1 opaska dziana 15 cm x 4 m
- 1 bandaż elastyczny 15 cm x 5 m + 2 zapinki
- 1 kieszeń przylepna 2-komorowa PE 43 x 38 cm
- 1 uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm
- 4 ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm
- 10 kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitok
- 2 taśma przylepna 10 x 50 cm
- 20 kompres z gazy RTG 10 x 20 cm, 16 warstw 17 nitok
- 1 dren do ssaka 300 cm 25 CH
- 1 dren do ssaka 300 cm 25 CH wraz z końcówką do ssaka zakrzywiona, 24 CH
- 1 pudełko czerwone do liczenia igieł, magnes, gąbka, 10 miejsc, możliwość usuwania ostrzy
- 1 folia chirurgiczna jodowana 35 x 35 cm
- 1 miska do cementu kostnego 500 ml ze szpatułką
- 1 podkład pod gips 15 cm x 3 m

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 57 dotyczy załącznika nr 3 poz. 9**

**Poz. nr 9** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dłoni/stopy w następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- 1 fartuch chirurgiczny roz. L (umieszczony pod pierwszą potą owinięcia zestawu)
- 1 serweta 2-warstwowa 55 g/m<sup>2</sup> z otworem elastycznym 4 cm oraz zintegrowanym z zintegrowanym uchwytem rzepowym do kabli, 245 x 320 cm



Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-  
Zdroju  
ul Bohaterów Warszawy 67  
28-100 Busko- Zdrój  
tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378  
27 68  
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467  
e-mail:  
sekretariat@zoz.busko.com.pl  
strona internetowa:  
www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości  
Laureat XVI edycji ŚNJ  
w kategorii organizacji  
publicznych – ochrona  
zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/13/19

- 1 serweta 2-warstwowa 150 x 175 cm, 55 g/m<sup>2</sup>
- 10 kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitok
- 10 kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitok
- 1 podkład pod gips 15 cm x 3 m
- 1 miska plastikowa 250 ml przezroczysta bezbarwna, z podziatką
- 1 miska plastikowa 250 ml czerwona, z podziatką
- 1 pudełko czerwone do liczenia igieł, magnes, gąbka, 10 miejsc, możliwość usuwania ostrzy
- 1 strzykawka Luer 20 ml

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 58 dotyczy załącznika nr 3 poz. 10**

**Poz. nr 10** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do niedrożności w następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- 1 pudełko czerwone do liczenia igieł, magnes, gąbka, 25 miejsc, możliwość usuwania ostrzy
- 1 miska plastikowa 150 ml
- 1 czyścik do koagulacji 5 x 5 cm samoprzylepny, kontrastujący w RTG
- 1 serweta 2-warstwowa 55 g/m<sup>2</sup> 260 x 320cm, otwór 32 x 32 cm (folia operacyjna). Zintegrowany worek na płyny 360 stopni.
- 2 serweta gazowa z chipem RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy 17 nitok białe
- 5 tupferów z gazy nr 4 24 x 24 cm, 4 warstwy 20 nitok

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 59 dotyczy załącznika nr 3 poz. 11**

**Poz. nr 11** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji tarczycy wykonany z 2-warstwowego laminatu 55g/m<sup>2</sup> (chłonność 285%) + dodatkowa warstwa chłonna w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m<sup>2</sup> (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m<sup>2</sup>), o odporności na przenikanie cieczy 200 cm H<sub>2</sub>O, zgodnego z wymaganymi normami oraz w następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy 190 x 140 cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- 1 przylepna serweta wzmocniona 240 x 150cm z wycięciem „U” 65 x 10 cm
- 1 przylepna serweta wzmocniona 200 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm)
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm, białe

Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z dwiema samoprzylepnymi etykietami z nr LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 60 dotyczy załącznika nr 3 – wymogi graniczne**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów obłożeń posiadających następujące parametry:

Laminat 2-warstwowy, 55g/m<sup>2</sup>, spełnia normy PN EN 13795+ A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Chłonność 285%. I klasa palności, pylenie log 10 – 2,1, odporność na przenikanie cieczy 200 cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho wyższej niż w SIWZ. Obłożenia zapakowane w dwa kartony: zewnętrzny i wewnętrzny. Na obu kartonach etykieta w celu identyfikacji wyrobu. oraz spełniających wymienione normy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem  
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju  
mgr Grzegorz Lasak

DYREKTOR  
Grzegorz Lasak