

Busko – Zdrój, dnia 23 września 2020 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa odczynników do badania poziomu glukozy oraz dostawa i dzierżawa aparatu do oznaczania poziomu glukozy do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju** z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz.1843 ze zm.). Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.09.2020 r., numer ogłoszenia 586859-N-2020 r.

Odpowiedzi na zapytania nr 1

Do wszystkich Wykonawców:

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu.

Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga kompatybilnej przystawki do HbA1c pochodzącej od tego samego producenta, co aparat do oznaczania glukozy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zapytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga analizatora bez wbudowanej drukarki, co ułatwi proces dezynfekcji i czyszczenia urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga analizatora bez wbudowanej drukarki.

Zapytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby odczynniki były gotowe do użycia bez konieczności rozcieńczania lub stosowania koncentratów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga odczynników gotowych do użycia, bez konieczności rozcieńczania lub stosowania koncentratów.

Zapytanie nr 4

Czy dopuszczają Państwo analizator wyposażony w oddzielne pozycje dla: 1 standardu i 3 materiałów kontrolnych, przy spełnieniu pozostałych wymagań? Jak wynika z SIWZ analizator w czasie trwania umowy dzierżawy będzie wykorzystywany do wykonywania badań tylko glukozy, a więc wystarczająca jest jedna pozycja dla standardu, natomiast 3 pozycje dla materiałów kontrolnych zapewniają większą wygodę poprzez możliwość stosowania 3 różnych materiałów kontrolnych. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. Dwie pozycje na standard są dla Zamawiającego wygodne. Przy małej ilości standardu na pierwszej pozycji, umieszczenie drugiego standardu na drugiej pozycji, nie powoduje przerwania pracy analizatora, co w konsekwencji nie powoduje opóźnienia w uzyskaniu wyników, a równocześnie standard jest wykorzystany w całości bez strat. Dwa miejsca na kontrole są dla Zamawiającego wystarczające, zwłaszcza, że Zamawiający może używać kontrolek na różnych poziomach zamiennie.



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju
ul Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko- Zdrój
tel. centrala 41 378 24 01
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467
e-mail: ekretariat@zoz.busko.com.pl
strona internetowa: www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości
Laureat XVI edycji SNJ
w kategorii organizacji
publicznych – ochrona
zdrowia

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/46/2020

Zapytanie nr 5

Czy dopuszczają Państwo automatyczny 20-pozycyjny podajnik próbek w postaci statywu a nie rotora, przy spełnieniu pozostałych wymagań? Użycie pojęcia „rotor” sugeruje, że Zamawiający wymaga podajnika w konkretnym kształcie (rotor=obrotowy talerz), co bez uzasadnienia ogranicza konkurencję i jest dla Zamawiającego niekorzystne. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
mgr Grzegorz Lasak

Z-ca **DYREKTORA**
ds. Lecznictwa
Zespołu Opieki Zdrowotnej
lek. med. *Michał Sobowski*

Wyk. 3 egz.
Egz. Nr 1 Wykonawcy
Egz. Nr 2 a/a
Egz. Nr 3 BIP