



Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
ul Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko- Zdrój
tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378 27 68
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467
e-mail:
sekretariat@zoz.busko.com.pl
strona internetowa:
www.zoz.busko.com.pl



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/05/19

Busko – Zdrój, dnia 20 lutego 2019 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju** z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2019 r., numer ogłoszenia 511948-N-2019.

Odpowiedzi na zapytania nr 1

Do wszystkich Wykonawców:

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu.

Zapytanie nr 1 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 2,3,4,5,6,7,8,10

Umiejscowienie w jednym pakiecie narzędzi wielorazowych i jednorazowych uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty firmom posiadającym w swoim asortymencie wyłącznie narzędzia jednorazowe lub wyłącznie narzędzia wielorazowe. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności ofert Zamawiający wydzieli z pakietu 4 pozycje 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 i utworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z załącznika nr 4 pozycje 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 i tworzy z nich Załącznik nr 4A - po modyfikacji.

Zapytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 4 po. 12,13,14,17,19

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności ofert Zamawiający wydzieli z pakietu 4 pozycje 12, 13, 14, 17 i 19 i utworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z załącznika nr 4 pozycje 12, 13, 14, 17, 19 i tworzy z nich Załącznik nr 4B - po modyfikacji.

Zapytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 2

Czy dla umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pakiecie uwzględnionym w załączniku 4 poz. 2 jednorazowe kleszcze biopsyjne o standardowej lub zwiększonej pojemności szczęk; z igłą lub bez igły; z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie szczypiec bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach; z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk 2.2 lub 2.4mm; długość 160cm z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi; współpracujące z kanałem roboczym 2.8

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 4 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 3

Czy dla umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pakiecie uwzględnionym w załączniku 4 poz. 3 jednorazowe kleszcze biopsyjne o standardowej lub zwiększonej pojemności szczęk; z igłą lub bez igły; z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie szczypiec bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach; z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i u łatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk 2.2 lub 2.4mm; długość 240cm; z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi; współpracujące z kanałem roboczym 2.8

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 4

Czy dla umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pakiecie uwzględnionym w załączniku 4 poz. 4 Jednorazowa szczoteczka do kanału biopsyjnego, dwustronna; długość kateteru 240cm; średnica kateteru 1,65mm; długość szczoteczek 13mm; średnica szczoteczek 5mm; pakowane po 50 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-
Zdroju
ul Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko- Zdrój
tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378
27 68
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467
e-mail:
sekretariat@zoz.busko.com.pl
strona internetowa:
www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości
Laureat XVI edycji SNJ
w kategorii organizacji
publicznych – ochrona
zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/05/19

Zapytanie nr 6 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 5

Czy dla umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pakiecie uwzględnionym w załączniku 4 poz. 5 jednorazowy ustnik do badań endoskopowych; z dodatkową ostoną na zęby/działą; z wygodną dla pacjenta, regulowaną gumką; dostępny w rozmiarach 54 i 60Fr, pakowany po 100szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 7 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 6

Czy dla umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pakiecie uwzględnionym w załączniku 4 poz. 6 Jednorazowa, czterokomorowa, obrotowa pułapka na polipy z podwójnym dnem; górny poziom technologii "safety screen" zapobiega utracie próbki; każda z komór opisana kolejnym numerem, duża, dobrze widoczna czcionka, możliwość wyjęcia poszczególnych komór; pakowane po 25szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 8 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 7

Czy dla umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pakiecie uwzględnionym w załączniku 4 poz. 7 Klips hemostatyczny jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym w zestawie, pozwalający na pięciokrotne otwarcie i zamknięcie ramion klipsa przed jego całkowitym zaciśnięciem i uwolnieniem; rotacja 1:1 w obu kierunkach dzięki pokrętlu zamocowanemu na klipsownicy; rozwarcie ramion 11 mm; długość 155cm i 235 cm; współpracujący z kanałem endoskopu 2,8 mm;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 9 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 8

Czy dla umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pakiecie uwzględnionym w załączniku 4 poz. 8 Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, wykonane z usztywnionego plecionego drutu; dł. robocza 240 cm; średnica ostłonki 2,4 mm; średnica otwartej pętli: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 33 mm; dostępne kształty: okrągłe, pętla z potwierdzonym wskazaniem również do polipektomii na zimno (umożliwiająca polipektomię na zimno w celu usunięcia polipa bez konieczności użycia prądu) zawartej w instrukcji narzędzia, lub jednorazowe pętla do polipektomii, pętla wykonane z plecionego, giętkiego i średniogiętkiego drutu; wyposażone w wyskalowaną rękojeść z systemem Short Throw (system pozwalający na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki ułatwiający i zwiększający efektywność wykonania zabiegu przez zespół endoskopowy) średnica pętli 13, 27, 30 mm; długość robocza 240 cm; średnica ostłonki 2,4mm, kształty owalne - śr:13,27 mm - sztywności: giętka i średniogiętka; (rozmiar 30 mm - sztywność średniogiętka); półksiężycowate - śr: 27 mm - sztywność średniogiętka. Pętla również ze wskazaniem do polipektomii na zimno zawartej w instrukcji narzędzia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 10 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 10

Czy dla umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pakiecie uwzględnionym w załączniku 4 poz. 10 Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, wykonane z usztywnionego plecionego drutu (pętla Large Oval w wersji z giętkiego drutu); dł. robocza 240 cm; średnica ostłonki 2,4 mm; średnica otwartej pętli: 13, 27, 30mm; dostępne kształty: owalne - śr. 13, 27, 30mm; heksagonalne - śr. 13, 27mm i półksiężycowate - śr. 27mm, pętla z potwierdzonym wskazaniem również do polipektomii na zimno (umożliwiająca polipektomię na zimno w celu usunięcia polipa bez konieczności użycia prądu) zawartej w instrukcji narzędzia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 11 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 12

Czy dla umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pakiecie uwzględnionym w załączniku 4 poz. 12 Sfinkterotom obrotowy w jednorazowego użytku; z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku (360 st), ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych, z markerami na końcowym odcinku. Rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika .Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla przewodnika i podawania kontrastu, długość noska 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, średnice końcówki dystalnej :4,4 Fr, 4,9 Fr, 3,9 Fr, przeznaczony do współpracy z przewodnikami o dł 450 cm i 260 cm w rozmiarze 0,18mm, 0,25 mm. 0,35 mm



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-
Zdroju
ul Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko- Zdrój
tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378
27 68
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467
e-mail:
sekretariat@zoz.busko.com.pl
strona internetowa:
www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości
Laureat XVI edycji ŚNJ
w kategorii organizacji
publicznych – ochrona
zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/05/19

Zapytanie nr 12 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 13

Czy dla umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pakiecie uwzględnionym w załączniku 4 poz. 13 Prowadniki do dróg żółciowych, z końcówką hydrofilną dł. 5cm, 10cm, oraz dł. 5cm i 10cm na jednym przewodniku (po obu stronach przewodnicy); z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania; w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, z systemem markerów radiologicznych do pomiaru odległości, izolowany elektrycznie; dwukolorowy - zapewniający możliwość kontroli ruchu. Średnice: 0,025`` - końcówka prosta i zagięta dla końcówki hydrofilnej 5cm, 0,035`` - końcówka prosta, zagięta, prosta-prosta , prosta-zagięta; 0,038`` - końcówka prosta (260 cm), sztywność standardowa i usztywniona; długości , 450 cm i 260 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 13 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 14

Czy dla umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pakiecie uwzględnionym w załączniku 4 poz. 14 Zestawy do opaskowania żyłaków przełyku zawierające 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego, nie zawierającego lateksu; podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia; zestaw wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy; zestaw z mechaniczną i dźwiękową i wizualną sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki, połączony z nasadką za pomocą giętkiego, plecionego drutu ułatwiającego zamontowanie zestawu; opaski w kolorze niebieskim ułatwiające obserwację miejsca obliteracji podczas krwawienia; przedostatnia opaska w innym kolorze, sygnalizująca pozostanie ostatniej na nasadce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 14 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 17

Czy dla umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pakiecie uwzględnionym w załączniku 4 poz.17 Balony do poszerzania zwężeń jelitowych, przełykowych, odźwiernika i żółciowych, z rejestracją DASE (umożliwiająca poszerzenie zwieracza Oddiego w celu usunięcia kamieni z dróg żółciowych); balony o zmiennej średnicy, z możliwością inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu; z możliwością wprowadzania balonu po przewodniku (metalowy pokryty teflonem , z atraumatyczną końcówką przewodnik w zestawie z balonem), długość balonu: 5,5 cm, dostępne średnice balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 –12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm; długość robocza 180cm i 240 cm; współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm, średnica cewnika 7,5 Fr

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 15 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 19

Czy dla umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pakiecie uwzględnionym w załączniku 4 poz. 19 Jednorazowe szczypce chwytające typu "szczęki aligatora": rozwarcie szczęk 8 i 9mm, długość 230cm lub jednorazowe szczypce chwytające typu "combo" - połączenie szczypiec typu "zęby czura" i "szczęki aligatora": rozwarcie szczęk 8mm, długość 230cm; posiadające atraumatyczną powłokę zapewniającą odpowiednią elastyczność narzędzia, z markerami endoskopowymi; średnica ostonki 2,4mm; pakowane po 5 szt

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 16 dotyczy Załącznika nr 5 poz. 2, 3

Czy w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty Zamawiający wydzieli z pakietu uwzględnionego w załączniku nr 5 poz. 2 i 3 i utwóży osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 17 dotyczy Załącznika nr 5 poz. 2

Czy dla umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pakiecie uwzględnionym w załączniku 5 poz.2 Protezy plastikowe wykonane w technologii cienkościennej; dostępne rozmiary: z zagięciem centralnym: średnice 7, 8,5 i 10Fr, długości 5, 7, 9, 12, 15 i 18cm; z zagięciem dwunastniczym: średnice 7, 8,5 i 10Fr, długości 5, 7, 9, 12, 15 i 18cm. Protezy wykonane z polietylenu; końcówka każdej protezy jest "zaostrzona" w celu ułatwienia jej implantacji oraz zminimalizowania ryzyka uszkodzeń tkanek; protezy w kolorze niebieskim, co zapewnia ich dobrą



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-
Zdroju

ul Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko- Zdrój

tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378
27 68

NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467

e-mail:

sekretariat@zoz.busko.com.pl

strona internetowa:

www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości
Laureat XVI edycji ŚNJ
w kategorii organizacji
publicznych – ochrona
zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/05/19

widoczność w obrazie endoskopowym; dobrze widoczne w RTG; ze znacznikiem pozwalającym na określenie głębokości implantacji

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 18 dotyczy Załącznika nr 5 poz. 3

Czy dla umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pakiecie uwzględnionym w załączniku 5 poz. 3 Protezy plastikowe trzustkowe pojedynczym pigtail lub proste, wykonane w technologii cienkościennej, dostępne w wersji z języczkiem prowadzącym lub bez, dostępne w rozmiarach: dł. 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 lub 18cm i śr. 3, 4, 5, 7 lub 10 Fr (10Fr jedynie dla protez prostych z dodatkowym języczkiem prowadzącym).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 19 dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia przy odbiorze jakościowym wad w dostarczonym towarze Zamawiający nie dokona odbioru towaru oraz sporządzi protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru, a następnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad w dostarczonym towarze. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

Zapytanie nr 20 dotyczy wzoru umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 21 dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 22 dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umownej przedmiotu umowy/pakietu, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

Zapytanie nr 23 dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku 3-krotnego niewykonania lub nienależytego wykonania...”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 24 dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w trybie natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającego 14 dni w stosunku do terminu wynikającego z Umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 25 dotyczy wzoru umowy § 8 ust. b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., oraz ograniczeniu, że zamówienie nie będzie mniejsze niż 80% wartości/ilości wskazanej w załączniku”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-
Zdroju
ul Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko- Zdrój
tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378
27 68
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467
e-mail:
sekretariat@zoz.busko.com.pl
strona internetowa:
www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości
Laureat XVI edycji ŚNJ
w kategorii organizacji
publicznych – ochrona
zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/05/19

Zapytanie nr 26

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja?
Odpowiedź: Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja.

Zapytanie nr 27 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 Załącznika nr 4 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,6 mm, średnica ostłonki 2,4 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zbyt mała średnica.

Zapytanie nr 28 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 Załącznika nr 4 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostłonki 2,4 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 29 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 Załącznika nr 4 dopuści zaoferowanie igieł bez strzykawkki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 30 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 Załącznika nr 4 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy włosa 5 mm i o średnicy włosa 6 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 31 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 7

Czy Zamawiający w pozycji 7 Załącznika nr 4 dopuści zaoferowanie klipsownic o długości ramienia klipsa minimum 7 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem rotacji otwierania i zamykania wielokrotnego.

Zapytanie nr 32 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 8

Czy Zamawiający w pozycji 8 Załącznika nr 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 32 mm w miejsce pętli o średnicy 35, mm, długość narzędzia 2400 mm, średnica 2,4 mm, uchwyt skalowany co 10 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale z funkcją rotacji.

Zapytanie nr 33 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 9

Czy Zamawiający w pozycji 9 Załącznika nr 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 i 20 i 30 mm, długość 2300 mm, z funkcją stopniowej rotacji, rękojeść skalowana co 10 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale z funkcją rotacji.

Zapytanie nr 34 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 12

Czy Zamawiający w pozycji 12 Załącznika nr 4 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu o średnicy cewnika 2,3 mm, dystalna część cewnika 1,7 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 35 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 10

Czy Zamawiający w pozycji 10 Załącznika nr 4 dopuści zaoferowanie pętli o rozmiarze 15, 25 i 32 mm, średnica cewnika 2,4 mm, długość narzędzia 2400 mm, rękojeść skalowana co 10 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale z funkcją rotacji.

Zapytanie nr 36 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 14

Czy Zamawiający w pozycji 14 Załącznika nr 4 dopuści zaoferowanie zestawów zawierających 7 gupek

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 37 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 17

Czy Zamawiający w pozycji 17 Załącznika nr 4 dopuści zaoferowanie balonów z cewnikiem o średnicy 6 Fr.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-
Zdroju
ul Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko- Zdrój
tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378
27 68
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467
e-mail:
sekretariat@zoz.busko.com.pl
strona internetowa:
www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości
Laureat XVI edycji SNJ
w kategorii organizacji
publicznych – ochrona
zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/05/19

Zapytanie nr 38 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 18

Czy Zamawiający w pozycji 18 Załącznika nr 4 dopuści zaoferowanie koszyka w rozmiarze 45 mm, 55 mm i 65 mm typ basket i 40 mm, 45 mm, 55 mm typ dormia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 39 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 20

Czy Zamawiający w pozycji 20 Załącznika nr 4 dopuści zaoferowanie stentów w zestawach o średnicy 8 Fr.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 40 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 21

Czy Zamawiający w pozycji 21 Załącznika nr 4 dopuści zaoferowanie setntów o średnicy 18 mm i 20 mm, średnica kołnierzy 20-24 mm i 22-26 mm odpowiednio, posiadających co najmniej 2 markery pośrodku stentu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 41 dotyczy Załącznika nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 Załącznika nr 5 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu o wysunięciu igły do 6 mm, długość cewnika 195 cm, rozmiar 6-4,5 Fr.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 42 dotyczy Załącznika nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 Załącznika nr 5 dopuści zaoferowanie protez o średnicy 3, 5, 7, 8,5 i 10 Fr.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 43 dotyczy Załącznika nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 Załącznika nr 5 dopuści zaoferowanie protez o średnicy 5, 7, 8,5 i 10 Fr.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 44 dotyczy Załącznika nr 5 poz. 6, 7

Czy Zamawiający w pozycji 6 i 7 Załącznika nr 5 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy 7,5 Fr.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 45 dotyczy Załącznika nr 5 poz. 8

Czy Zamawiający w pozycji 8 Załącznika nr 5 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1600 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 46 dotyczy Załącznika nr 5 poz. 11

Czy Zamawiający w pozycji 11 Załącznika nr 5 dopuści zaoferowanie noża o długości 1820 mm i 2300 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 47 dotyczy Załącznika nr 5 poz. 10

Czy Zamawiający w pozycji 10 Załącznika nr 5 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1800 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 48 dotyczy Załącznika nr 5 poz. 10,11

Czy Zamawiający w pozycji 10 i 11 Załącznika nr 5 dopuści zaoferowanie szczypiec o szerokości rozwarcia tyżeczek 9 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 49 dotyczy Załącznika nr 5 poz. 12

Czy Zamawiający w pozycji 12 Załącznika nr 5 dopuści zaoferowanie protez z bez otworów bocznych, z poszerzonymi końcami, pokrywanymi całkowicie, z pętlą do usuwania na końcu dwunastniczym,, znaczniki RTG na końcach stentu i pośrodku długości, aplikator o średnicy 8-9 Fr, długość 185 – 230 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-
Zdroju

ul Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko- Zdrój

tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378
27 68

NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467
e-mail:

sekretariat@zoz.busko.com.pl

strona internetowa:

www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości
Laureat XVI edycji ŚN
w kategorii organizacji
publicznych – ochrona
zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/05/19

Zapytanie nr 50 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 18 z pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wydziela z Załącznika nr 4 pozycję nr 18 i tworzy z niej Załącznik nr 4 C-po modyfikacji.

Zapytanie nr 51 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły do ostrzykiwania jednorazowe, średnica igły (23G) 0,6 mm, długość ostrza 6 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica korpusu 2,4 mm, mechanizm długopisowy, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem w komplecie ze strzykawką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zbyt mała średnica.

Zapytanie nr 52 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne do gastroskopii, tyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca, pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu, średnica korpusu 2,4 mm, długość 180 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 53 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne do kolonoskopii, tyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca, pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu, średnica korpusu 2,4 mm, długość 230 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 54 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe szczotki czyszczące dwustronne o średnicach włosa 5 mm i 10 mm, długość 230 cm, średnica korpusu 2,4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 55 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe pętłe do polipektomii z plecionego drutu, średnica korpusu 2,4 mm, długość 230 cm, rozmiar: 10 mm, 20 mm i 30 mm – do wyboru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale z funkcją rotacji.

Zapytanie nr 56 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści jednorazową pętłe monofilament, owalna, rozmiar 25x40 mm, średnica 2,3 mm, długość 230 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale z funkcją rotacji.

Zapytanie nr 57 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści jednorazową pętłe do polipektomii hexagonalną rozmiar 30x50 mm, z plecionego drutu, średnica korpusu 2,3 mm, długość 230 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale z funkcją rotacji.

Zapytanie nr 58 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści wielorazowe kleszcze kolonoskopowe JUMBO, ze stali nierdzewnej, śr. 2,6 mm, typ tyżeczek owalne z okienkiem, długość narzędzia 230 cm, osłonka spiralna polerowana na końcu dystalnym dla lepszego przemieszczenia kleszczy w kanale roboczym z rękojeścią połączoną ze spiralą gumowym przegubem zabezpieczającym przez załamaniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 59 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 19

Czy zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne o średnicy korpusu 2,4 mm, długość 230 cm, typ: ząb szczura, aligatoriki (krokodylki) do wyboru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-
Zdroju

ul Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko- Zdrój

tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378
27 68

NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467

e-mail:

sekretariat@zoz.busko.com.pl

strona internetowa:

www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości
Laureat XVI edycji SNJ
w kategorii organizacji
publicznych – ochrona
zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/05/19

Zapytanie nr 60 dotyczy Załącznika nr 4 poz. 11,12,13,14,16,17,18,20,21

Czy Zamawiający wyodrębni, jako osobny pakiet pozycje: 11,12,13,14,16,17,18,20,21?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela wymienionych pozycji z Załącznika nr 4 i jednocześnie informuje, że z Załącznika nr 4 zostały już wydzielone pozycje i utworzono nowe Załączniki: nr 4 A, nr 4 B, nr 4 C.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
mgr Grzegorz Lasak

DYREKTOR

Grzegorz Lasak

Wyk. 3 egz.
Egz. Nr 1 Wykonawcy
Egz. Nr 2 a/a
Egz. Nr 3 BIP

DZIAŁ ORGANIZACYJNO PRAWNY
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Sekcja Zamowy Kontraktowej Zarębowy

Sporządził: *Doele*

Zatwierdził: *[Signature]*