



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju
ul Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko- Zdrój
tel. centrala 41 378 24 01
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467
e-mail:
sekretariat@zoz.busko.com.pl
strona internetowa:
www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości
Laureat XVI edycji SNJ
w kategorii organizacji
publicznych – ochrona
zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/19/20

Busko-Zdrój, dnia 06 kwietnia 2020 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej, Działu Serologii i Banku Krwi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju** z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz.1843 ze zm.),
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w *Biuletynie Zamówień Publicznych* w dniu 30.03.2020 r., numer ogłoszenia 526187-N-2020.

Odpowiedzi na zapytania nr 1

Do wszystkich Wykonawców:

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu.

Zapytanie nr 1 dotyczy Załącznika nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w tej pozycji probówki do pozyskiwania surowicy z żelem i aktywatorem wykrzepiania – mikrometodę do krwi wąsniczkowej o pojemności 0,4-0,6 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zapytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w tej pozycji probówki do badań hematologicznych z EDTA K2 lub EDTA K3 – mikrometodę do krwi wąsniczkowej o pojemności 0,25-0,5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zapytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający wymagając w tej pozycji probówek do badań koagulologicznych z podwójnymi ściankami z PET i PP akceptuje m.in. konstrukcję „probówka w probówce”, tworzącej podwójne ścianki, która poprzez swą innowacyjną geometrię zapewnia pełne wypełnienie probówki ?

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje tego typu probówki, ale nie wymaga.

Zapytanie nr 4 dotyczy Załącznika nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 9 probówek z fluorkiem sodu i szczawianem potasu do oznaczania glukozy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zapytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr 1 poz. 19

Czy można w tej pozycji zaoferować igły systemowe o pożądanym parametrach w rozmiarze 0,8 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zapytanie nr 6 dotyczy Załącznika nr 1 poz. 20

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie tej pozycji stazy automatyczne, wielorazowe, bezlateksowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zapytanie nr 7 dotyczy Załącznika nr 2 pkt. 4

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał w tym wymogu na myśli „ probówki z przebijalnymi korkami” zamiast „probówki z przemijalnymi korkami” ?

Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający ma na myśli „probówki z przebijalnymi korkami”.

Zapytanie nr 8 dotyczy Załącznika nr 3 pkt.1

Czy Zamawiający ,przyznając punkty za pełne wypełnienie próbek z minimalizacją przestrzeni pustej do badań koagulologicznych z cytrynianem waloruje ten parametr pod kątem zabezpieczenia próbek krwi przed aktywacją płytek, by zoptymalizować monitorowanie APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną lub PT , INR u pacjentów leczonych warfaryną ? Jeśli tak, czy Zamawiający wymaga, aby potwierdzić te funkcjonalności ulotką producenta ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby potwierdzić te funkcjonalności ulotką producenta.

Zapytanie nr 9 dotyczy Załącznika nr 3 pkt. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację parametru punktowanego w SIWZ tj. „Korki do próbek zakręcane” i na równi punktowanie rozwiązania równoważnego w postaci bezpiecznego, bezlateksowego, wciskanego zamknięcia Hemogard, złożonego z wewnętrznego korka oraz plastikowej zewnętrznej osłony ochronnej, które zapewnia optymalną ochronę użytkownika przed kontaktem z krwią pacjenta, eliminuje efekt aerozolowy przy otwieraniu oraz umożliwia ponowne zamknięcie w celu powtórnego wymieszania bądź czasowego odstawienia próbki.

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. Punktacja „korków do próbek zakręcanych” wynika z doświadczenia Zamawiającego.

Zapytanie nr 10 dotyczy Załącznika nr 3 pkt. 3

Prosimy o wyłączenie z tej punktacji poz.nr.10 – próbki do OB, oferowane przez nas próbki z hartowanego szkła są zgodne z referencyjną metodą Westergrena pomiaru OB, ponadto szkło jest najlepszym materiałem zapobiegającym parowaniu cytrynianu sodu w formie płynnej. Zamawiający używał oferowanych próbek przez okres 2 lat i nigdy nie reklamował ich jakości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wyłącza z Załącznika nr 3 poz. 3 parametr „Wszystkie próbki plastikowe, łącznie z rurkami do OB”. Tym samym za ocenę jakościową Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 punktów. Zamawiający zamieszcza na BIP zmodyfikowany Załącznik nr 3 pod nazwą „Po modyfikacji Załącznik nr 2, 3 parametry graniczne parametry punktowe zamknięty system laboratorium ZOZ Busko-Zdrój 2020”.

Zapytanie nr 11 dotyczy Załącznika nr 3

Dotyczy parametrów punktowanych „termin ważności próbek”. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli:

- Termin ważności próbek większy i równy 4 miesiące – 5 pkt
- termin ważności próbek poniżej 4 miesięcy – 0 pkt

Obecny zapis nie reguluje w jaki sposób Zamawiający będzie oceniał termin ważności równy 4 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający będzie punktował termin ważności próbek większy i równy 4 miesiące – 5pkt., a termin ważności próbek poniżej 4 miesięcy – 0 pkt.

Zapytanie nr 12 dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do 10% wartości niezrealizowanej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 6 ust. 3 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej umowy, za odstąpienie od Umowy lub pozostaje do jej wykonania części przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

Zapytanie nr 13

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w wynikającymi z niego ograniczeniami zwracamy się z prośbą o zmianę sposobu składania oferty na elektroniczny opatrzony podpisem kwalifikowanym. Pozwoli to zmniejszyć liczbę kontaktów pomiędzy pracownikami Wykonawcy a kurierem, jak również pracownikiem Zamawiającego a Kurierem.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewidział w SIWZ elektronicznego składania ofert.



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju
ul Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko- Zdrój
tel. centrala 41 378 24 01
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467
e-mail:
sekretariat@zoz.busko.com.pl
strona internetowa:
www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości
Laureat XVI edycji SNJ
w kategorii organizacji
publicznych – ochrona
zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/19/20

Zapytanie nr 14

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu pomiędzy ogłoszeniem odpowiedzi na pytania a terminem składania ofert do min. 4 dni roboczych. W obecnej sytuacji coraz częściej zdarzają się opóźnienia w formach kurierskich.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i przesuwa termin składania ofert na dzień 14.04.2020 r. do godz. 09:00.

Zapytanie nr 15

Dodatkowo prosimy o informację, czy w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Państwa szpitalu wyznaczone jest konkretne bezpieczne miejsce do składania przesyłek kurierskich.

Odpowiedź: Jedynym bezpiecznym miejscem w Szpitalu do składania przesyłek kurierskich jest sekretariat.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
mgr Grzegorz Lasak

DYREKTOR
Grzegorz Lasak


Wyk. 3 egz.
Egz. Nr 1 Wykonawcy
Egz. Nr 2 a/a
Egz. Nr 3 BIP

