



Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-  
Zdroju  
ul Bohaterów Warszawy 67  
28-100 Busko- Zdrój  
tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378  
27 68  
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467  
e-mail:  
sekretariat@zoz.busko.com.pl  
strona internetowa:  
www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości  
Laureat XVI edycji ŚNJ  
w kategorii organizacji  
publicznych – ochrona  
zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/25/19

Busko – Zdrój, dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa testów Diagnostycznych do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju** z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).  
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.07.2019 r., numer ogłoszenia 580278 -N-2019.

### Informacja dla Wykonawców nr 1 Odpowiedzi na zapytania nr 1

#### Do wszystkich Wykonawców:

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu.

#### Zapytanie nr 1 dotyczy Załącznika nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający w załączniku nr 1 w pozycji 8 oczekuje testu Mycoplasmy pneumoniae czy testu wykrywającego przeciwciała EBV VCA p 18?

**Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr1 w pozycji 8 oczekuje testu Mycoplasmy pneumoniae w klasie IgM.**

#### Zapytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 1 poz. 3

Dotyczy wymagań, pozycja nr 3. Czy Zamawiający pisząc, że wymaga kontroli do testu ma na myśli wbudowane kontrole wewnętrzne testów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wbudowaną kontrolę wewnętrzną testu, ale jej nie wymaga.**

#### Zapytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 1 poz. 6

Dotyczy pozycji nr 6. Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 40 ng/ml, które gwarantują bardziej wiarygodne wyniki badania. Wzrost czułości analitycznej nie będzie miał wpływu na wzrost czułości diagnostycznej (wyrażonej w %) natomiast będzie miał wpływ na spadek specyficzności testu i spowoduje jej znaczące obniżenie, co z kolei prowadzi do uzyskiwania fałszywie dodatnich wyników i konieczność przeprowadzenia drogich badań potwierdzających np. kolonoskopii.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza test o czułości 40 ng/ml, ale jej nie wymaga.**

#### Zapytanie nr 4 dotyczy Załącznika nr 1 poz. 8

Dotyczy pozycji nr 8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu, który jest przeznaczony do użycia z próbkami krwi pełnej włośniczkowej pobranej z palca, próbki krwi pełnej pobranej od pacjenta z żyły lub surowicę krwi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### Zapytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr 1 poz. 8

Dotyczy pozycji nr 8. Czy zamawiający wymaga testu, który ma czułość 100% i specyficzność 96%?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza test o czułości 100% i specyficzności 96%, ale nie wymaga takiego testu.**



Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-  
Zdroju  
ul Bohaterów Warszawy 67  
28-100 Busko- Zdrój  
tel. centrala 41 378 24 01 fax. 41 378  
27 68  
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467  
e-mail:  
sekretariat@zoz.busko.com.pl  
strona internetowa:  
www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości  
Laureat XVI edycji ŚNJ  
w kategorii organizacji  
publicznych – ochrona  
zdrowia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/25/19

**Zapytanie nr 6 dotyczy Załącznika nr 1 poz. 9**

Dotyczy pozycji nr 9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zanurzeniowego testu paskowego, który jest dwuparametrowy i jednocześnie wykrywa kreatyninę i mikroalbuminę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści test paskowy zanurzeniowy, ale nie wymaga takiego testu.**

Zamawiający umieszcza na BIP zmodyfikowany Załącznik nr 1 pod nazwą „Załącznik nr 1 PO MODYFIKACJI arkusz asortymentowo cenowy testy diagnostyczne ZOZ Busko Zdroj 2019”.

Z poważaniem  
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju  
mgr Grzegorz Lasak

DYREKTOR  
Grzegorz Lasak

Wyk. 2 egz.  
Egz. Nr 1 a/a  
Egz. Nr 2 BIP