

Nr referencyjny nadany sprawie przez Organizatora Przetargu: ZOZ/DO/OM/ZP/25/20

Busko – Zdrój, dnia 20 maja 2020 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **Zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz wyposażenia w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju** z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.05.2020 r., numer ogłoszenia 538288-N-2020.

Do wszystkich Wykonawców:

Zamawiający zmienia odpowiedzi na zapytania nr 9 i 19 do w/w przetargu udzielone dnia 19.05.2020r.

Dotyczy Zapytanie nr 9 (dotyczy EKG)

Pkt. 1 Zamawiający dopuszcza każdy wymiar ekranu.

Pkt. 5 Zamawiający dopuszcza każdy rozmiar aparatu EKG.

Pkt. 6 Zamawiający dopuszcza każdą wagę aparatu EKG.

Pkt. 7 Zamawiający dopuszcza każdą szerokość papieru.

Pkt. 12 Zamawiający rezygnuje z wymogu zawartego w pkt. 48 „Współpraca na dzień składania oferty z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań”.

Dotyczy Zapytanie nr 19 (dotyczy EKG)

Pkt. 1 Zamawiający dopuszcza każdy wymiar ekranu.

Pkt. 4 Zamawiający dopuszcza każdy rozmiar aparatu EKG.

Pkt. 5 Zamawiający dopuszcza każdą wagę aparatu EKG.

Pkt. 6 Zamawiający dopuszcza każdą szerokość papieru.

Pkt. 9 Zamawiający rezygnuje z wymogu zawartego w pkt. 48 „Współpraca na dzień składania oferty z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań”.

Dotyczy Zapytanie nr 26 (dotyczy defibrylator z kardiomonitorem)

Pkt. 10 Zamawiający nie wymaga dostarczenia uchwytu do wieszania defibrylatora na ramię łóżka.

Dotyczy Defibrylatora z kardiomonitorem (Załącznik nr 1)

Zamawiający dopuszcza defibrylator z czasem ładowania do energii 360J wynoszącym 10 sekund.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
mgr Grzegorz Lasak



DYREKTOR
Grzegorz Lasak